

## Монтаж

- Корпус вторичного преобразователя должен быть заземлен. В месте подсоединения наружного заземляющего проводника площадка должна быть зачищена и предохранена от коррозии слоем консистентной смазки.
- Допустимые значения параметров линии связи между датчиком и вторичным преобразователем:
  - емкости  $\leq 0,15$  мк;
  - индуктивности  $\leq 0,33$  мГн;
  - сопротивления  $\leq 10$  Ом.